

Kalibrierlaboratorium der ZERA GmbH
 D-53639 Königswinter, Hauptstr. 392
 Mail: service@zera.de
 Phone: +492223704169

akkreditiert durch die / *accredited by the*

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH



Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-K-15103-01-00

als Kalibrierlaboratorium im / *as calibration laboratory in the*

Deutschen Kalibrierdienst



Kalibrierschein
Calibration certificate

Kalibrierzeichen
Calibration mark

| |
|---------------------|
| xxxx |
| D-K- 15103-01-00 |
| 2015-03 |

Gegenstand
Object **Spannungs-, Stromstärke-, Leistungs-,
 und Energiemessgerät**

Hersteller
Manufacturer

**Voltage-, current-, power-, and energy
 meter**
ZERA GmbH

Typ
Type

RMM300x

Fabrikat/Serien-Nr.
Serial number

0500xxxxx

Auftraggeber
Customer

Auftragsnummer
Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Number of pages of the certificate

7

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

2015-03-25

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).

Die DAkKS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The DAkKS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum
Date

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Bearbeiter
Person in charge

2015-03-25

i.A. Quadflieg
 Quadflieg

i.A. Quadflieg
 Quadflieg

- **Kalibriergegenstand / calibration item**

Digitales Leistungs und Energiemessgerät
digital power and energy meter:

Wechselspannungsmessbereiche 60 V; 120 V; 240 V; 480 V
a.c. voltage ranges:

Wechselstromstärkemessbereiche 0,005 A; 0,01 A; 0,02 A; 0,05 A; 0,1 A; 0,2 A; 0,5 A
a.c. current ranges: 1 A; 2 A; 5 A; 10 A; 20 A; 50 A; 100 A; 200 A

Messarten
measurement Mode 4W active; 3W active; 4W reactive; 3W reactive;

- **Kalibrierverfahren / method of calibration**

Vergleich der durch eine hochstabile Leistungsquelle dargestellten Werte mit der Anzeige eines Arbeitsnormals.

Comparison of values, generated through a high precision power source, with the indicated values of a working reference.

- **Messbedingungen / measurement conditions**

Das Gerät wurde mit praktisch sinusförmigem Wechselstrom der Frequenz 53 Hz geprüft.

Vor der Prüfung war das Netzteil (230 V 50 Hz) 24 Stunden eingeschaltet.

Für die Kalibrierung wurde die Software WinSAM Version V 4.15.2 verwendet.

Die Messergebnisse für AC - Leistung und Energie wurden durch Auslesen der RS 232 Schnittstelle erfasst.

The instrument was tested with practically sinusoidal alternating current of 53 Hz frequency after main supply (230 V 50 Hz) had been switched on for 24 hours.

For calibration WinSAM V 4.15.2 software was used.

The measurement results for AC - power and energy are registered by RS 232 interface.

Definition der relativen Messabweichung

Definition of relative errors

Wirkleistung / active power:

$$\Delta P_x / P = (P_x - P_{\text{Stand}}) / P_{\text{Stand}}$$

- **Umgebungsbedingungen / environmental data**

Die Temperatur des Kalibrierraums betrug (23 ± 1) °C

Die relative Luftfeuchte lag im Bereich (50 ± 15) %

The temperature of the calibration-room was (23 ± 1) °C

The relative humidity was (50 ± 15) %

| |
|---------------------|
| XXXX |
| D-K- 15103-01-00 |
| 2015-03 |

- **weitere Hinweise / supplemental information**

Die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die weiteren Unterzeichner innerhalb und außerhalb Europas sind den Internetseiten von EA (www.european-accreditation.org) und ILAC (www.ilac.org) zu entnehmen.

The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European cooperation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. Please visit the webpages at EA (www.european-accreditation.org) and ILAC (www.ilac.org) for further signatories within and outside Europe.

- **Messunsicherheit / measurement uncertainty**

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß DAkkS-DKD-3 und dem „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement“ (ISO, 1995) ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Werteintervall.

The measurement uncertainty is specified as extended measurement uncertainty, resulting from the standard measurement uncertainty multiplied with factor $k = 2$. It was calculated according to DAkkS-DKD-3 and the „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement“ (ISO, 1995). The value of the result will be within the associated interval with a probability of 95 %.

Bei Unklarheit gilt der deutsche Text.
In case of dispute, only the original German text shall be valid.


Verwendete Bezugsnormale Reference standards

Das bei der Kalibration verwendete Bezugsnormale entspricht der Klasse 0,01. Alle Eigenfehler des Bezugsnormals wurden bei der Kalibration des DUT berücksichtigt.

The reference standard used for calibration complies with class 0.01. All inherent errors of this reference standard have been considered during measurements of DUT.

| Gegenstand Object | Hersteller Manufacturer | Typ Type | Geräte Nr. Serial No. | Datum der Kalibrierung Date of calibration | Kalibrierung gültig bis Calibration due until | Kalibrier- Zeichen Nr. Calibration label No. |
|----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|---|--|---|
| Comparator | ZERA | COM 303-3 | 98-373-3 | 2015-01-06 | 2017-01 | 26436 PTB 15 |

Test circuit



Typ: RMM300x SN 0500xxxx

| Frequenz: 53 Hz. frequency: | | Messart: 4 LW mode: 4 WA | | rel. Messabweichung bezogen auf die Wirkleistung- / energie relative errors referred to the active power- / energy | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Strom Bereich | Strom Wert | Spannung Bereich | Spannung Wert | Leistungs- faktor | | | | | |
| current range | current value | voltage range | voltage value | power factor | $\Delta P1 / P1$ | $\Delta P2 / P2$ | $\Delta P3 / P3$ | $\Delta P\Sigma / P\Sigma$ | rel. expanded measurement uncertainty |
| in A | in A | in V | in V | cos φ | in % | in % | in % | in % | in % |
| 200 | 120 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,005 | -0,009 | -0,005 | -0,006 | 0,008 |
| 200 | 120 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,004 | -0,011 | 0,003 | -0,004 | 0,015 |
| 200 | 120 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | -0,005 | 0,000 | -0,011 | -0,006 | 0,015 |
| 100 | 100 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,001 | -0,001 | -0,004 | -0,002 | 0,008 |
| 100 | 100 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | 0,005 | -0,005 | -0,004 | -0,002 | 0,015 |
| 100 | 100 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | -0,007 | 0,006 | -0,001 | -0,001 | 0,015 |
| 100 | 80 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | 0,002 | 0,001 | -0,002 | 0,000 | 0,008 |
| 100 | 60 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | 0,000 | -0,002 | -0,005 | -0,002 | 0,008 |
| 50 | 50 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,001 | -0,004 | -0,004 | -0,003 | 0,008 |
| 50 | 50 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,006 | -0,019 | -0,009 | -0,011 | 0,015 |
| 50 | 50 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,003 | 0,013 | 0,001 | 0,006 | 0,015 |
| 20 | 16 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,002 | -0,005 | -0,004 | -0,004 | 0,006 |
| 20 | 16 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,007 | -0,008 | -0,007 | -0,007 | 0,011 |
| 20 | 16 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | -0,012 | -0,014 | -0,016 | -0,014 | 0,011 |
| 10 | 10 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,011 | -0,008 | -0,011 | -0,010 | 0,006 |
| 10 | 10 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,016 | -0,013 | -0,012 | -0,013 | 0,011 |
| 10 | 10 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | -0,005 | 0,001 | -0,001 | -0,002 | 0,011 |
| 5 | 5 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | 0,006 |
| 5 | 5 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,007 | -0,004 | -0,005 | -0,006 | 0,011 |
| 5 | 5 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,000 | -0,003 | -0,003 | -0,002 | 0,011 |
| 5 | 1 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,006 |
| 2 | 2 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,002 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | 0,006 |
| 2 | 2 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,009 | -0,009 | -0,010 | -0,009 | 0,011 |
| 2 | 2 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,004 | 0,001 | 0,004 | 0,003 | 0,011 |
| 1 | 1 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,003 | -0,005 | -0,005 | -0,004 | 0,006 |
| 1 | 1 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,004 | -0,010 | -0,004 | -0,006 | 0,011 |
| 1 | 1 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | -0,003 | 0,000 | -0,005 | -0,003 | 0,011 |
| 0,5 | 0,5 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,002 | -0,003 | -0,004 | -0,003 | 0,006 |
| 0,5 | 0,5 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,009 | -0,007 | -0,013 | -0,009 | 0,011 |
| 0,5 | 0,5 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,011 |
| 0,5 | 0,25 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | 0,002 | 0,000 | -0,002 | 0,000 | 0,006 |

Typ: RMM300x SN 0500xxxxx

| Frequenz: 53 Hz. frequency: | | Messart: 4 LW mode: 4 WA | | rel. Messabweichung bezogen auf die Wirkleistung- / energie relative errors referred to the active power- / energy | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|
| Strom Bereich | Strom Wert | Spannung Bereich | Spannung Wert | Leistungs- faktor | | | | | |
| <i>current range</i> | <i>current value</i> | <i>voltage range</i> | <i>voltage value</i> | <i>power factor</i> | $\Delta P1 / P1$ | $\Delta P2 / P2$ | $\Delta P3 / P3$ | $\Delta P\Sigma / P\Sigma$ | <i>rel. expanded measurement uncertainty</i> |
| in A | in A | in V | in V | cos φ | in % | in % | in % | in % | in % |
| 0,2 | 0,2 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,002 | -0,002 | -0,001 | -0,002 | 0,006 |
| 0,2 | 0,2 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,009 | -0,008 | -0,002 | -0,006 | 0,011 |
| 0,2 | 0,2 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,005 | 0,004 | -0,001 | 0,003 | 0,011 |
| 0,1 | 0,1 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,001 | -0,002 | -0,003 | -0,002 | 0,006 |
| 0,1 | 0,1 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,002 | -0,007 | -0,011 | -0,007 | 0,011 |
| 0,1 | 0,1 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,000 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,011 |
| 0,05 | 0,05 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,001 | -0,001 | -0,003 | -0,002 | 0,010 |
| 0,05 | 0,05 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,002 | -0,006 | -0,013 | -0,007 | 0,020 |
| 0,05 | 0,05 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,004 | 0,020 |
| 0,02 | 0,02 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,003 | -0,003 | -0,001 | -0,002 | 0,013 |
| 0,02 | 0,02 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,005 | -0,006 | -0,007 | -0,006 | 0,026 |
| 0,02 | 0,02 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,003 | 0,026 |
| 0,01 | 0,01 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,002 | -0,002 | 0,000 | -0,002 | 0,017 |
| 0,01 | 0,01 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,004 | -0,008 | -0,009 | -0,007 | 0,034 |
| 0,01 | 0,01 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,001 | 0,004 | 0,009 | 0,005 | 0,034 |
| 0,005 | 0,005 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,003 | 0,022 |
| 0,005 | 0,005 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | -0,003 | -0,005 | 0,004 | -0,001 | 0,044 |
| 0,005 | 0,005 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | 0,004 | 0,009 | 0,011 | 0,008 | 0,044 |
| 5 | 5 | 480 | 3*320 / 554 | 1 | 0,005 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,008 |
| 5 | 5 | 480 | 3*320 / 554 | 0.5I | 0,001 | 0,002 | -0,002 | 0,001 | 0,015 |
| 5 | 5 | 480 | 3*320 / 554 | 0.5C | 0,009 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,015 |
| 5 | 5 | 120 | 3*120 / 208 | 1 | 0,000 | -0,002 | -0,003 | -0,002 | 0,006 |
| 5 | 5 | 120 | 3*120 / 208 | 0.5I | 0,002 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,011 |
| 5 | 5 | 120 | 3*120 / 208 | 0.5C | -0,003 | -0,008 | -0,007 | -0,006 | 0,011 |
| 5 | 5 | 60 | 3*60 / 104 | 1 | 0,001 | 0,007 | -0,002 | 0,002 | 0,006 |
| 5 | 5 | 60 | 3*60 / 104 | 0.5I | 0,012 | 0,022 | 0,010 | 0,015 | 0,011 |
| 5 | 5 | 60 | 3*60 / 104 | 0.5C | -0,010 | -0,007 | -0,014 | -0,011 | 0,011 |

Typ: RMM300x SN 0500xxxxx

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Frequenz: 53 Hz. frequency: | | Messart: 3 LW mode: 3 WA | | rel. Messabweichung bezogen auf die Wirkleistung- / energie relative errors referred to the active power- / energy | | | | | |
| Strom Bereich | Strom Wert | Spannung Bereich | Spannung Wert | Leistungs- faktor | | | | | |
| current range | current value | voltage range | voltage value | power factor | $\Delta P1 / P1$ | $\Delta P2 / P2$ | $\Delta P3 / P3$ | $\Delta P\Sigma / P\Sigma$ | rel. expanded measurement uncertainty |
| in A | in A | in V | in V | cos ϕ | in % | in % | in % | in % | [%] |
| 5 | 5 | 240 | 3*416 | 1 | 0,000 | | -0,004 | -0,002 | 0,006 |
| 5 | 5 | 240 | 3*416 | 0.5I | | | -0,003 | -0,004 | 0,011 |
| 5 | 5 | 240 | 3*416 | 0.5C | 0,002 | | | 0,000 | 0,011 |

Typ: RMM300x SN 0500xxxxx

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Frequenz: 53 Hz. frequency: | | Messart: 4 LB mode: 4 WR | | rel. Messabweichung bezogen auf die Blindleistung- / energie relative errors referred to the reactive power- / energy | | | | | |
| Strom Bereich | Strom Wert | Spannung Bereich | Spannung Wert | Leistungs- faktor | | | | | |
| current range | current value | voltage range | voltage value | power factor | $\Delta Q1 / Q1$ | $\Delta Q2 / Q2$ | $\Delta Q3 / Q3$ | $\Delta Q\Sigma / Q\Sigma$ | rel. expanded measurement uncertainty |
| in A | in A | in V | in V | sin ϕ | in % | in % | in % | in % | [%] |
| 5 | 5 | 240 | 3*240 / 416 | 1 | -0,002 | -0,001 | -0,002 | -0,002 | 0,006 |
| 5 | 5 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5I | 0,000 | -0,002 | -0,002 | -0,001 | 0,011 |
| 5 | 5 | 240 | 3*240 / 416 | 0.5C | -0,005 | 0,000 | -0,002 | -0,002 | 0,011 |

Typ: RMM300x SN 0500xxxxx

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Frequenz: 53 Hz. frequency: | | Messart: 3 LB mode: 3 WR | | rel. Messabweichung bezogen auf die Blindleistung- / energie relative errors referred to the reactive power- / energy | | | | | |
| Strom Bereich | Strom Wert | Spannung Bereich | Spannung Wert | Leistungs- faktor | | | | | |
| current range | current value | voltage range | voltage value | power factor | $\Delta Q1 / Q1$ | $\Delta Q2 / Q2$ | $\Delta Q3 / Q3$ | $\Delta Q\Sigma / Q\Sigma$ | rel. expanded measurement uncertainty |
| in A | in A | in V | in V | sin ϕ | in % | in % | in % | in % | [%] |
| 5 | 5 | 240 | 3*416 | 1 | -0,001 | | -0,003 | -0,002 | 0,006 |
| 5 | 5 | 240 | 3*416 | 0.5I | 0,002 | | | 0,000 | 0,011 |
| 5 | 5 | 240 | 3*416 | 0.5C | | | -0,003 | -0,005 | 0,011 |