

Wir garantieren, dass das unten angegebene Messgerät diejenigen vom Hersteller publizierten Spezifikationen, die geprüft wurden, einhält und mit Messgeräten geprüft wurde, deren Genauigkeit entweder auf nationale Normale rückführbar ist oder durch Ableitung aus Kalibriertechniken erreicht wurde.

We certify, that the instrument described below meets those manufacturer's specifications, which have been calibrated and that the measurements have been performed with instruments and standards whose accuracy are traceable either to national standards or have been derived by approved ratio techniques.

Name des Prüflabors <i>Name of laboratory</i>	Prüflabor der ZERA GmbH	Anschrift des Prüflabors <i>Address of laboratory</i>	Humboldtstr. 2a D-53639 Königswinter
ZERA Kommission Nr. <i>ZERA commission no.</i>		Messunsicherheit <i>Measurement uncertainty</i>	1,5 µW/VA
Gerätebezeichnung <i>Device description</i>	Seriennummer <i>Serial number</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	ZERA GmbH
WM1000I			
Bemerkungen <i>Remarks</i>		Herstellungsdatum <i>Date of production</i>	
Referenzmessgerät(e) <i>Reference meas. device(s)</i>		ZERA COM 303-3 SN 98-717-07 7462 DKD-K-15103-01 2022-01	

Stempel <i>Seal</i>	Messprotokoll ausge- stellt am <i>Measurement report issued</i>	Datum <i>Date</i>
	Nächste Messung emp- fohlen am <i>recommend measure- ment</i>	Datum <i>Date</i>
Messung durchgeführt <i>Measurment performed by</i>	Name <i>name</i>	Unterschrift <i>signature</i> i.A

CALBRATION REPORT

Kalibrierschein Nr.

Calibration Report No.

Frequenz: <i>frequency:</i>	50 Hz.	Lastpunkt: <i>test point:</i>	In=10 A In=100%	rel. Messabweichung in der Differenzmessung <i>relative deviation in difference measurement</i>			
<hr/>							
Strom Bereich	Lastpunkt	Differenz N / X	Phasen- winkel	Abweichung N - Kanal	Abweichung X - Kanal		
<i>Current range</i>	<i>test point</i>	<i>difference N / X</i>	<i>phase angle</i>	<i>deviation N - channel</i>	<i>deviation X - channel</i>	<i>extended measurement certainty</i>	<i>extended measurement uncertainty</i>
in A	in %	in 10^{-6}	in min.	in 10^{-6}	in 10^{-6}		
15	150	-19	0,060	-28			
10	100	-14	0,068	-15			
5	50	-13	0,082	-1			
2,5	25	-5	0,080	-41	-36		
1	10	-7	-0,043	12	19		
0,5	5	3	-0,046	4	-25		
0,25	2,5	-8	-0,045	-23	-15		
0,1	1	0	0,001	4	4		
0,05	0,5	-6	0,032	2	-2		
0,025	0,25	-11	0,	-2	+1		
0,01	0,1	7	0,223	-12	-19		
0,005	0,05	19	0,465	-8	-27		

Frequenz: <i>frequency:</i>	50 Hz.	Lastpunkt: <i>test point:</i>	In=1 A In=100%	rel. Messabweichung in der Differenzmessung <i>relative deviation in difference measurement</i>			
<hr/>							
Strom Bereich	Vorgabe	Vorgabe	Anzeigewert	Anzeigewert			
<i>Current range</i>	<i>set value</i>	<i>set value</i>	<i>displayed value</i>	<i>displayed value</i>		<i>extended measurement uncertainty</i>	<i>extended measurement uncertainty</i>
in A	ϵI [%]	δI [min.]	ϵI [%]	δI [min.]		in 10^{-6}	in min.
5	0		0,0001				
5	0,2		0,1996				
5	5		2,0006				
5	20		20,0016				
5	-0,2		-0,1992				
5	-2		-2,0013				
5	-5		-20,0018				
5		10		9,964			
5		20		19,987			
5		30		30,020			
5		40		39,960			
5		50		49,953			
5		60		59,893			
5		-10		-10,039			
5		-20		-19,958			
5		-30		-30,047			
5		-40		-40,041			
5		-50		-50,031			
5		-60		-59,983			

Die relativen Messabweichungen sind auf den abgelesenen Wert bezogen
The relative errors are referred to the reading