

Wir garantieren, dass das unten angegebene Messgerät diejenigen vom Hersteller publizierten Spezifikationen, die geprüft wurden, einhält und mit Messgeräten geprüft wurde, deren Genauigkeit entweder auf nationale Normale rückführbar ist oder durch Ableitung aus Kalibriertechniken erreicht wurde.

We certify, that the instrument described below meets those manufacturer's specifications, which have been calibrated and that the measurements have been performed with instruments and standards whose accuracy are traceable either to national standards or have been derived by approved ratio techniques.

Name des Prüflabors <i>Name of laboratory</i>	Prüflabor der ZERA GmbH	Anschrift des Prüflabors <i>Address of laboratory</i>	Humboldtstr. 2a D-53639 Königswinter
ZERA Kommission Nr. <i>ZERA commission no.</i>		Messunsicherheit <i>Measurement uncertainty</i>	1,5 μW/VA
Gerätebezeichnung <i>Device description</i>	Seriennummer <i>Serial number</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	ZERA GmbH
WM3000U			
Bemerkungen <i>Remarks</i>			
Referenzmessgerät(e) <i>Reference meas. device(s)</i>	ZERA COM 303-3 SN 98 071 712 7462 DKD-K-15103-01 2022-01		

Stempel <i>Seal</i>	Messprotokoll ausge- stellt am <i>Measurement report issued</i>	Datum <i>Date</i>
	Nächste Messung emp- fohlen am <i>recommend measure- ment</i>	Datum <i>Date</i>
Messung durchgeführt <i>Measurment performed by</i>	Name <i>name</i>	Unterschrift <i>signature</i> i.A

CALBRATION REPORT

Kalibrierschein Nr.
Calibration Report No.

Frequenz: <i>frequency:</i>	50Hz	Lastpunkt: <i>test point:</i>	Un=100V Un=100%	rel. Messabweichung in der Differenzmessung <i>relative deviation in difference measurement</i>		
<hr/>						
Spannung Bereich <i>voltage range</i>	Lastpunkt <i>test point</i>	Differenz N / X <i>difference N / X</i>	Phasen- winkel <i>phase angle</i>	Abweichung N - Kanal <i>deviation N - channel</i>	Abweichung X - Kanal <i>deviation X - channel</i>	
in V	in %	in 10^{-6}	in min.	in 10^{-6}	in 10^{-6}	
480	480	-6	0,003	24	30	
240	240	-6	0,013	8	13	
120	120	-5	-0,006	16	21	
60	60	-2	0,014	5	7	
30	30	-9	0,029	4	13	
15	15	0	-0,037	15	15	
7,5	7,5	1	-0,039	13	13	
3,75	3,75	-4	-0,034	16	20	

Frequenz: <i>frequency:</i>	50Hz	Lastpunkt: <i>test point:</i>	Un=100V Un=100%	rel. Messabweichung in der Differenzmessung <i>relative deviation in difference measurement</i>		
<hr/>						
Spannung Bereich <i>voltage range</i>	Vorgabe <i>set value</i>	Vorgabe <i>set value</i>	Anzeigewert <i>displayed value</i>	Anzeigewert <i>displayed value</i>		
in V	ϵ U [%]	δ U [min.]	ϵ U [%]	δ U [min.]		
120	0		0,0010			
120	0,2		0,1996			
120	2		2,0002			
120	20		19,9989			
120	-0,2		-0,2004			
120	-2		-2,0010			
120	-20		-19,9998			
120		0		0,008		
120		10		10,003		
120		20		20,002		
120		30		30,003		
120		40		40,001		
120		50		50,004		
120		60		60,006		
120		-10		-9,996		
120		-20		-19,999		
120		-30		-29,996		
120		-40		-39,996		
120		-50		-49,997		
120		-60		-59,991		

CALBRATION REPORT

Kalibrierschein Nr.

Calibration Report No.

Frequenz: <i>frequency:</i>	50Hz	Lastpunkt: <i>test point:</i>	Un=15V Un=100%	rel. Messabweichung elektronische Wandler <i>relative deviation electronic transformer (EVT)</i>		
<hr/>						
Spannung Bereich <i>voltage range</i>	Lastpunkt <i>test point</i>	Differenz N / EVT <i>difference N / EVT</i>	Phasen- winkel <i>phase angle</i>	Abweichung N - Kanal <i>deviation N - channel</i>	Abweichung EVT - Kanal <i>deviation EVT - chan- nel</i>	
in V	in %	in 10^{-6}	in min.	in 10^{-6}	in 10^{-6}	
15	100	12,6	0,052	11,9	24,5	
10	100	-1,5	0,011	16,6	15,1	
5	100	18,1	0,093	18,6	36,7	
2,5	100	13,5	0,193	22	35,5	
1	100	11,3	0,216	14,6	9	
0,5	100	-10,5	0,375	22	11,	
0,25	100	-13,6	0,321	9,9	-3,7	
0,1	100	-14,6	0,76	13,9	-0,7	
0,05	100	26,5	-0,20	2	32,3	
0,025	100	49,9	0,53	-1,5	48,4	

Die relativen Messabweichungen sind auf den abgesenen Wert bezogen
The relative errors are referred to the reading

SAMPLE